


®SmartScope CNC 1500|1550|1552

Multisensoryczny system pomiarowy ze szczególnie dużym zakresem ruchu XY

Otwarty obszar roboczy - montaż optyki na ruchomym moście - część pozostaje na swoim miejscu i jest łatwo dostępna

®Precyzyjna optyka - Wysokiej jakości obiektyw zmiennoogniskowy AccuCentric, automatycznie kalibrujący się po każdej zmianie pozycji zoomu.

Ekskluzywne oświetlenie umożliwia pomiar najtrudniejszych części - światło przechodzące, padające i oświetlenie SmartRingTM zapewniają optymalne oświetlenie obrabianych elementów pod każdym kątem.

Wszechstronność dzięki technologii multisensorycznej - opcjonalnie z sondami 3D i czujnikami laserowymi

CNC 1500	
Oś	**Skok (mm)**
Oś X	900
Oś Y	1500
Oś Z	200

CNC 1550	
Oś	**Skok (mm)**
Oś X	1250
Oś Y	1500
Oś Z	200

CNC 1552


Oś	Skok (mm)
Oś X	1500
Oś Y	1500
Oś Z	200




®SmartScope CNC 1500|1550|1552







Wybierz oprogramowanie pomiarowe QVI, które najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom - ZONE3® oparte na 3D CAD, MeasureMind® 3D lub Measure-X®.



CNC 1500
Waga bez opakowania: 2590 kg
Waga z opakowaniem: 3000 kg

CNC 1550
Waga bez opakowania: 5460 kg
Waga z opakowaniem: 6260 kg

CNC 1552
Waga bez opakowania: 6380 kg Waga z opakowaniem: 7280 kg

	Standard	Opcjonalnie
Zakres pomiarowy XYZ	**1500:** 900 x 1500 x200 mm **1550:** 1240 x 1500 x 200 mm **1552:** 1500 x 1500 x200 mm	
Rozdzielczość skali XYZ	0,1 , z podwójną skalą na osi Y	
Układ napędowy	Serwomotory DC z 4-osiowym sterowaniem (X, Y, Z, zoom) i przenośny joystick wielofunkcyjny firmy QVI	
Stół roboczy	Anodowana na twardo, z otworami mocującymi, wymienna szyba, dopuszczalny ciężar przedmiotu obrabianego 100 kg	
Oś obrotowa		Miniaturowy gramofon serwo (MSR), gramofon MicroTheta (MTR)
Optyka*	Automatycznie kalibrujący zoom AccuCentric®, zmotoryzowany; 1,0x - obiektyw mocujący	**Projektor siatkowy do automatycznego ustawiania ostrości:** podświetlenie LED **Przygotowanie lasera:** do późniejszego doposażenia w laser TTL, w tym wskaźnik laserowy Soczewki mocujące: 2,5x, 5,0x Soczewki mocujące do lasera TTL: 2,0x i 5,0x **Soczewki** mocujące **do 1,0x Soczewki mocujące:** 0,5x, 0,75x, 1,5x i 2,0x
Rozmiar pola obrazu (zakres)	8,0 mm x 6,00 mm (małe powiększenie) 0,90 mm x 0,68 mm (duże powiększenie)	14,6 mm x 10,9 mm (obiektyw mocujący 1,0x, obiektyw mocujący 0,5x) do 0,19 mm x 0,14 mm (obiektyw mocujący 5,0x)
Odległość robocza	64 mm	97 mm (1,0x, obiektyw dodatkowy 0,5x)
Oświetlenie	Światło przechodzące LED, światło padające LED, oświetlenie pierścieniowe LED SmartRing™ z 8 sektorami i 8 pierścieniami (białe)	Elastyczne oświetlenie pierścieniowe LED SmartRing™ do konfiguracji optycznych z dużymi odległościami roboczymi Oświetlenie pierścieniowe LED SmartRing™ z czerwonymi lub zielonymi diodami LED
Kamera	Kolorowa kamera cyfrowa o wysokiej rozdzielczości	Cyfrowa kamera czarno-biała o wysokiej rozdzielczości
Przetwarzanie obrazu	Przetwarzanie do 256 poziomów szarości z rozdzielczością subpikseli 10:1	
Opcje czujników		**Dotykowy:** przycisk 3D TP20/TP200 **Bezdotykowy:** laser przez obiektyw (TTL) (z 2x), laser DRS™
Kontroler	Oparty na systemie MS Windows®, z najnowocześniejszym procesorem i wbudowanymi portami sieciowymi i komunikacyjnymi	
Akcesoria kontrolera		Jeden lub dwa płaskie ekrany LCD 24", klawiatura, mysz z 3 przyciskami (lub dostarczone przez użytkownika)
Oprogramowanie	• Wybór: ZONE3 Express, Measure-X lub MeasureMind 3D - oprogramowanie pomiarowe • Portal QVI	**Oprogramowanie pomiarowe (online+offline):** ZONE3 Prime/Pro, **oprogramowanie ewaluacyjne** Zone3 I++: ®®MeasureFit Plus, SmartFit 3D, SmartProfile , QC-Calc.SPC **Samokontrola pracowników:** SMARTSCS (FDA, kontrola palet, dane wyjściowe QDAS itp.)
Wymagania dotyczące zasilania	100-120 VAC lub 200-240 VAC, 50/60 Hz, 1 faza, 700 W	
Bezpieczne środowisko pracy	15-30 °C	
Specyfikacje środowiskowe	Temperatura 18-22 °C, stabilna do ±1 °C / godzinę, wilgotność względna 30-80%; maks. wibracje podłogi <0,001 g poniżej 15 Hz	
Niepewność pomiarowa osi XY w poziomie	=**Flash 1500:** E_2 = (5,0 + 6L/1000) µm, **Flash 1550:** E_2 = (5,0 + 6L/1000) µm; **Flash 1552:** E_2 (8,0 + 6L/1000) µm	
Niepewność pomiarow-liniowa osi Z	E_1 = (3,0 + 8L/1000) µm	

Dokładność jest określana przy użyciu metody opracowanej przez QVI, w której "L" zmierzoną długość w "L" w milimetrach. Określone dokładności pomiaru odnoszą się do stabilnego termicznie systemu w warunkach "temperatury roboczej". Wszystkie informacje dotyczące dokładności optycznej są określane przy maksymalnym powiększeniu optycznym, chyba że zaznaczono inaczej. Dokładności XY odnoszą się do pomiarów w obrębie standardowej płaszczyzny pomiarowej przy maksymalnej masie przedmiotu obrabianego wynoszącej 5 kg. Standardowa płaszczyzna pomiarowa to płaszczyzna się w odległości 25 mm od powierzchni stołu roboczego.

ogp Confidence. When Results Matter.™

Centrala: Rochester, NY, USA – 585.544.0400 – www.ogpnet.com

Autoryzowany partner na terenie Polski:

9HQ Seehafer & Jendryczka Sp. j.
oś. M.C. Skłodowskiej 8/21
www.9hq.pl
e-mail: kontakt@9hq.pl

© 2021 Quality Vision International Inc. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.